



编号: 0286-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	宁波一机阀门制造有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品质部		陪同人员: 方亚南	
不符合事实描述: 查: 公司在用的微机控制液压万能试验机, 规格型号为 WAW-300F, 编号为 Z25093, 2022 年 10 月 31 日经广东中准检测有限公司校准, 合格, 证书编号为 122LA007840002, 有效期至 2023 年 10 月 30 日。未按要求张贴计量确认状态标识, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.2.4</u> 不符合程度: 主要不符合 ☐; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>王峰</u> 陪同人员(签名) <u>方亚南</u> 企业部门代表(签名) <u>谢书光</u> 日期: 2022 年 11 月 24 日			
纠正措施: 立即将现场测量设备标识计量确认合格标识, 举一反三检查现场其他测量设备, 有无类似情况, 一并处理。 企业部门代表签名: <u>谢书光</u> 审核员签名: <u>王峰</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>王峰</u> 日期: 2022 年 11 月 24 日			

