



编号: 0109-2019-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏苏仪集团有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量部		陪同人员: 柏广翠	
不符合事实描述: 质量部原材料进厂检验使用手持式光谱仪, 编号: TGTL019, 型号: X-rays, 未按期进行检定 / 校准。 不符合认证审核准则条款号: <u>7.3.2 溯源</u> 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合__√__; 审核员(签名) <u>魏永侠</u> 陪同人员(签名) <u>柏广翠</u> 企业部门代表(签名) <u>柏广翠</u> 日期: 2022. 11. 25			
纠正措施: 1. 立即安排该设备有资质机构进行检定/校准。 2. 对公司相关人员进行一次培训, 要求严格按照检定周期检定计划实施。 3. 对周期检定计划加强管理, 落实计划的有效性避免同类事情的再次发生。 企业部门代表签名: <u>柏广翠</u> 审核员签名: <u>魏永侠</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施可行, 验证有效</u> 审核组代表签名: <u>魏永侠</u> 日期: <u>2022.11.25</u>			

可另附页