



测量设备溯源抽查表

编号: 0067-2020-2023

企业名称 东营市金旺石油机械制造有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	游标卡尺	12128001	(0-150) mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}$ $k=2$	量块: 5 等	山东深东华计量检测技术有限公司	2022.3.18	√
质检部	电接点压力表	1511929	(0-100) MPa	1.6 级	数字压力计标准装置: 0.05 级	德州市产品质量标准计量研究院	2022.9.17	√
生产部	内侧千分尺	150689690	(50-75) mm	$\pm 0.009\text{mm}$ $U=1.6 \mu\text{m}$ $k=2$	千分尺专用量块: 4 等	山东深东华计量检测技术有限公司	2022.9.23	√
质检部	里氏硬度计	000950148 55	HLN-16 0	$U_{\text{rel}}=1.2\%$ $k=2$	标准里氏硬度块: $U=5\text{HLD}$ $k=2$	山东深东华计量检测技术有限公司	2022.3.18	√
质检部	微机控制电子万能试验机	190604-2	KN-NL-2000W	$U_{\text{rel}}=0.4\%$ $k=2$	标准测力仪: 0.3 级	山东深东华计量检测技术有限公司	2022.9.23	√
生产部	石油管螺纹量规	0010	27/8TBG	$U=4 \mu\text{m}$ $k=2$	三针: 1 级	广东精衡检测科技有限公司	2022.4.26	√

审核综合意见:

企业已制定了《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》,《溯源性管理程序》,公司未建立最高计量标准,测量设备由综合部负责溯源。公司测量设备全部委托山东深东华计量检测技术有限公司、德州市产品质量标准计量研究院、广东精衡检测科技有限公司等机构检定/校准,检定/校准证书由综合部保存。根据抽查情况,该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023 年 02 月 09 日上午~02 月 10 日 上午

审核员签字:

刘复荣

部门代表签字:

刘妮