



测量设备溯源抽查表

编号: 1250-2021-2022

企业名称	中钞油墨有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
安全环保部	可燃气体	AL-0022	JKB-K2BD	1.25%-2.5% 报警点 1.8%	1.27%甲烷标准气	上海市燃气计量检测中心	2022.7.17	✓
	检测限	AL-0008	DB10-IR	0-100% LEL ±3%	可燃气体	上海市质量监督检验技术研究院	2022.7.3	✓
	报警点	AL-0036	FS200	0-100% LEL ±3%	校准装置	上海市质量监督检验技术研究院	2022.9.15	✓

审核综合意见:
(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》Q/G2209215004(B1), 公司无计量标准, 测量设备由生产保障部负责溯源, 公司测量设备除自校准外, 均委托上海质量监督检验技术研究院其机构检定/校准, 校准证书由生产保障部保存, 根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022年11月29日~11月30日

审核员签字: 李可作 部门代表签字: 张华

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。