



测量设备溯源抽查表

编号: 1250-2021-2022

企业名称		中钞油墨有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备 计量特性	测量标准装 置名称及技 术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量管理部	RV1粘度计	FS-0093	RV1	10-20.0Pa·s/40℃ ±3%	粘度计标准液 8.16 同校		2022.8.31	√
	温度计	TS-0046	179-THL	(-20-60)℃ ±1℃	温度计标准液 (70-180)℃ (110-98)Pa·s	同校	2022.12.27	√
					精密天平 (1-90)℃ 四通道 同校			
	色差计	FS-0099	7820A	±7%	色差计标准片 100mg/L 大波长标准物质	上海视觉 光学研究所	2022.8.15	√
	X射线荧光 光谱仪	FS-0151	XEP05111	(10-100)% ±1%	标准物质 同校	德国斯派克 仪器有限公司	2022.9.19	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》及/或2020年15004(B1), 公司计量设备的计量标准, 测量设备由生产保障部负责溯源。公司测量设备除同校外, 均委托上海质量监督检验技术研究院等机构检定/校准。校准证书由生产保障部保存。根据抽查情况, 该公司校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022年11月29日~11月30日

审核员签字:

何征

部门代表签字:

张军

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。