



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	涿州市勇胜通信设备有限公司	陪同人员	商瑞锋
受审核部门	质检部	预计整改 完成日期	2022. 12. 15 前

不符合事实描述:

未能提供对计量检测设备“接地电阻测试仪”、“耐压测试仪”等进行校准或验证的相关证据

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2022. 11. 29

日期: 2022. 11. 29

日期: 2022. 11. 29

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

培训记录
设备校准报告
纠正促使有效


审核员:

日期: 2022. 12. 6



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: “接地电阻测试仪”、“耐压测试仪”校准报告过期
纠正情况: 安排人员送检
原因分析: 因疫情原因为及时送检
纠正措施: 组织相关人员进行培训 预定完成日期: 2022. 12. 30 前
举一反三检查情况: 检查管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合
受审核方纠正措施有效性的验证: 培训记录 设备校准报告 纠正措施有效, 未发生类似不符合 验证人: 姜国仁 日期: 2022.12.06



南京市计量监督检测院

Nanjing Institute of Metrological Supervision and Testing

检定证书

VERIFICATION CERTIFICATE

证书编号
Certificate No

第 01394997 号

送检单位
Applicant

涿州市勇胜通信设备有限公司

计量器具名称
Name of Instrument

接地电阻测试仪

型号 / 规格
Model/Specification

NCJ2678

出厂编号
Serial Number

1702016-057设备编号:/

制造单位
Manufacturer


南京长崛电子科技有限公司

检定依据
Verification Regulation

JJG 984-2004 《接地导通电阻测试仪检定规程》

检定结论
Conclusion

符合5级



批准人
Approved by

张卫

核验员
Checked by

汤改

检定员
Verified by

张健

检定日期

Date of Verification

2022

年

12

月

01

日

有效期至

Valid to

2023

年

11

月

30

日



计量检定机构授权证书号：(苏)法计(2018)1001号

Authorization certificate No (2018) 1001

地址：南京市栖霞区仙林大道10号

Add: No. 10 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing

电子信箱：jly@njzj.gov.cn

E-mail

业务(投诉)电话：025-86735513 传真：025-86735513

Tel.


Fax

业务查询：025-85410283

邮编：210049

Tel. for inquire about

PostCode



南京市计量监督检测院

Nanjing Institute of Metrological Supervision and Testing

检定证书

VERIFICATION CERTIFICATE

证书编号
Certificate No

第 01394996 号

送检单位
Applicant

涿州市勇胜通信设备有限公司

计量器具名称
Name of Instrument

耐压测试仪

型号/规格
Model/Specification

NCJ2670A

出厂编号
Serial Number

1709424 设备编号:/

制造单位
Manufacturer

南京长崛电子科技有限公司

检定依据
Verification Regulation

JJG 795-2016 《耐电压测试仪检定规程》

检定结论
Conclusion

符合5级



批准人
Approved by

张卫

核验员
Checked by

汤改

检定员
Verified by

张健

检定日期
Date of Verification

2022 年 12 月 01 日
Year Month Day

有效期至
Valid to

2023 年 11 月 30 日
Year Month Day



计量检定机构授权证书号: (苏)法计(2018)1001号

Authorization certificate No (2018) 1001

地址: 南京市栖霞区仙林大道10号

Add: No.10 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing

电子信箱: jly@njzj.gov.cn

E-mail

业务(投诉)电话: 025-86735513 传真: 025-86735513

Tel.

Fax

业务查询: 025-85410283

邮编: 210049

Tel. for inquire about

PostCode