



编号: 1199-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	四川启邦正业科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打 √ 不符合打 ×
生产部	钢卷尺	GJC-001	(0-2000) mm	$\pm 0.7\text{mm}$ $U=0.03\text{mm}+0.3\times 10^{-4}L$, $k=2$	标准钢卷尺: $U=5\mu\text{m}+5\times 10^{-5}L$, $k=2$	四川东华计量检测有限公司	2022.3.22	√
质量技术部	木材水分测试仪	SF-006	HT-632	$\pm 1.0\%$ $U=0.3\%, k=2$	电子天平: 1 级	四川东华计量检测有限公司	2022.7.4	√
生产部	压力表	59888	(0-1.6) MPa	1.6 级	精密压力表标准装置: 0.25 级	成都市计量检定测试院	2022.6.17	√
质量技术部	游标卡尺	200916557	(0-150) mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}, k=2$	量块: 5 等	四川东华计量检测有限公司	2022.7.4	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建立最高计量标准。测量设备由质量技术部负责溯源。公司测量设备全部委托四川东华计量检测有限公司、成都市计量检定测试院检定/校准，检定/校准证书由质量技术部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 12 月 1 日上午~2022 年 12 月 2 日上午

审核员签字:

刘复荣

部门代表签字:

许彬