



### 测量设备溯源抽查表

编号: 0171-2020-2022

企业名称		上海科泽智慧环境科技有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
仓管部	泄漏电流测量仪	X00360	PA30	电压: $U_{rel}=0.9\%$ ( $k=2$ ) 电流: $U_{rel}=1.1\%$ ( $k=2$ )	数字多用表 ACI MPE:±0.75% DCI MPE:±0.25% ACU MPE:±0.4% DCU MPE:±0.1%	上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心	2022.07.19	√
研发部	数字多用表	452007 39WS	17B+	电压: $U_{rel}=1.3\%$ ( $k=2$ ) 电流: $U_{rel}=1.3\%$ ( $k=2$ )	数字多用表: ACU MPE:±0.4% DCU MPE:±0.1% 大功率低值电阻器: 1 级	上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心	2022.07.19	√
仓管部	电子天平	C01630 1461	C01630 1461/0. 0001g	①级	天平检定装置 $E_2$ : MPE: ±(0.006~30) mg	上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心	2022.07.18	√
仓管部	接地电阻测试仪	J12646	PC39A	$U_{rel}=1.3\%$ ( $k=2$ )	数字多用表 ACI MPE:±0.4% DCI MPE:±0.1% 大功率低值电阻器 1 级	上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心	2022.07.19	√
<p>审核综合意见:</p> <p>公司未建立最高计量标准, 测量设备由研发部负责溯源。公司测量设备全部委托“上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心(计量检定机构授权证书号:(国)法计(2017)01019号/01039号、机构注册号:CNAS L0134)”进行检定校准, 检定校准证书由商务部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。</p>								
<p>审核日期: 2022 年 12 月 6 日上午—2022 年 12 月 7 日上午</p>								
审核员签字:					部门代表签字:			