



编号: 0171-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	上海科泽智慧环境科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 研发部		陪同人员: 马蓉	
不符合事实描述: 查《测量设备台账》中出厂编号 N14944 的“耐电压测试仪”的周期间隔规定为 12 个月, 抽查 “耐电压测试仪”校准证书 2 份, 查编号为 2021F12-10-3238341001 的校准证书, 校准日期为 2021 年 04 月 29 日, 查编号为 2022F12-20-3990617001 的校准证书, 校准日期为 2022 年 07 月 19 日, 2 份耐电压测试仪校准证书周期间隔与测量设备台账规定的 12 个月不一致。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “6.3.1 测量设备”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>鞠磊</u> 陪同人员(签名) <u>马蓉</u> 企业部门代表(签名) <u>王岩</u> 日期: 2022 年 12 月 7 日			
纠正措施: 立即组织测量设备管理人员对“耐电压测试仪”周期间隔的实际使用管理情况进行确认, 并按照实际情况进行测量设备台账中信息完善, 并查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>王岩</u> 审核员签名: <u>鞠磊</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>鞠磊</u> 日期: 2022 年 12 月 7 日			