



测量设备溯源抽查表

编号: 0285-2020-2022

企业名称	沪航科技集团(上海)管业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生技部	外径千分尺	Q804	(75~100) mm	$U=1\mu\text{m}$ $k=2$	量块 3 等	上海欣芄检测科技有限公司	2022.07.27	√
生技部	耐震压力表	20-0319 457	(0~6) MPa	1.6 级合格	精密压力表 0.4 级, 数字压力计 0.05 级	上海市金山区 计量质量检测所	2022.09.09	√
生技部	游标卡尺	B40677	(0~150) mm	$U=0.01\text{mm}$ $k=2$	量块 4 等	上海欣芄检测科技有限公司	2022.07.27	√
生技部	内测千分尺	3692	(75-100) mm	$U=3\mu\text{m}, k=2$	量块 3 等	深圳易科讯检测计量技术有限公司	2022.11.04	√
生技部	冲击试验机	7803	JBW-30 0B	力矩: $U_{\text{rel}}=0.15\%$, $k=2$ 长度: $U_{\text{rel}}=0.15\%$, $k=2$	标准测力仪: $U_{\text{rel}}=0.05\%$, $k=2$	深圳易科讯检测计量技术有限公司	2022.11.04	√
生技部	里氏硬度计	A126801 190	HS141	$U=4.5\text{HL}$, $k=2$	标准里氏硬度块 547HLD $U=5\text{HLD}, k=2$ 786HLD $U=5\text{HLD}, k=2$	深圳易科讯检测计量技术有限公司	2022.11.04	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由生技部负责溯源。公司测量设备委托“上海市金山区计量质量检测所(计量检定机构授权证书号: (沪) 法计(2019) 109 号)”、“上海欣芄检测科技有限公司(机构注册号: CNAS L10440)”、“深圳易科讯检测计量技术有限公司(机构注册号: CNAS L10678)” 检定/校准, 检定/校准证书由生技部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 12 月 8 日上午~12 月 8 日 下午

审核员签字: 刘常胜

部门代表签字: 张强