



编号: 0285-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	沪航科技集团(上海)管业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生技部		陪同人员: 贺凤芝	
不符合事实描述: 查生技部使用的出厂编号 120601 的直读光谱仪, 已粘贴停用标识。查《测量设备停用申请表》1 份, 申请停用的批准日期为 2022 年 2 月 15 日。查《测量设备台账》上 “管理状态” 一栏未标注 “停用”。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “6.3.1 测量设备”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>刘东胜</u> 陪同人员(签名) <u>贺凤芝</u> 企业部门代表(签名) <u>张子</u> 日期: 2022 年 12 月 8 日			
纠正措施: 立即组织公司测量设备管理人员学习 GB/T19022-2003 标准, 并及时更新测量设备管理状态。查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>张子</u> 审核员签名: <u>刘东胜</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>鞠录新</u> 日期: 2022 年 12 月 8 日			

可另附页