



编号: 0285-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	沪航科技集团(上海)管业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:生技部		陪同人员:贺凤芝	
不符合事实描述: 查生技使用的出厂编号 120601 的直读光谱仪, 已粘贴停用标识。查《测量设备停用申请表》1 份, 申请停用的批准日期为 2022 年 2 月 15 日。查《测量设备台账》上“管理状态”一栏未标注“停用”。			
不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “6.3.1 测量设备”</u>			
不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u>√</u> ;			
审核员(签名) <u>刘京胜</u> 陪同人员(签名) <u>贺凤芝</u>			
企业部门代表(签名) <u>张永</u>			
日期: 2022 年 12 月 8 日			
纠正措施: 立即组织公司测量设备管理人员学习 GB/T19022-2003 标准, 并及时更新测量设备管理状态。查找其他同类问题, 一并完成整改。			
企业部门代表签名: <u>张永</u>		审核员签名: <u>刘京胜</u>	
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。			
审核组代表签名: <u>张永</u>		日期: 2022 年 12 月 8 日	

可另附页