



测量设备溯源抽查表

编号: 0263-2020-2022

企业名称	德州隆科石油装备有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	布氏硬度计	28	HB-3000 B	$U_{rel}=1.7\%$, $k=2$	标准金属布氏硬度块: $U_{rel}=1.6\%$, $k=2$	中溯计量检测有限公司	2022.09.21	√
质量部	布氏硬度计	08904(TJ-96)	HB-3000 B	$\pm 2\%$ $U_{rel}=1.5\%$, $k=2$	标准金属布氏硬度块: 均匀度: 0.7%, $k=2$	深圳新广行检测技术有限公司	2022.03.09	√
生产部	热电偶	02	WRN-130	$U=1.0^{\circ}\text{C}$, $k=2$	一等标准铂铑热电偶检定装置: 一等	中溯计量检测有限公司	2022.09.21	√
生产部	数显中圆图记录仪	0808061	SZJ-101	$U=1.2^{\circ}\text{C}$, $k=2$ $\pm 5^{\circ}\text{C}$	特稳携式校验仪: 0.02 级	中溯计量检测有限公司	2022.09.21	√
生产部	游标卡尺	0903052855	(0-300) mm	$U=0.01\text{mm}$, $k=2$ $\pm 0.04\text{mm}$	数显外径千分尺 MPE: $\pm 2\mu\text{m}$	山东龙成检测技术有限公司	2021.12.20	√
生产部	圆螺纹套管螺纹工作量规	0722	5" CSG	$U=0.025\text{mm}$ $k=2$	校对规: $U=0.006\text{mm}$, $k=2$	宝鸡市宝石石油量规检测中心	2022.06.08	√
生产部	精密压力表	20144801	YB-150	$U=0.15\%\text{FS}$ $k=2$	数字压力计: 0.05 级	中溯计量检测有限公司	2022.11.10	√

审核综合意见:

企业未建立计量标准。测量设备由质量部负责溯源,抽查《测量设备台账》中 7 台测量设备的校准证书,其校准结果的量值溯源符合要求。企业测量设备分别委托“山东龙成检测技术有限公司【机构注册号: CNAS L12930】”、“宝鸡市宝石石油量规检测中心【机构注册号: CNAS L3330】”、“中溯计量检测有限公司【机构注册号: CNAS L10073】”、“深圳新广行检测技术有限公司【机构注册号: CNAS L4802】”等机构检定/校准,校准/检定证书由质量部保存。

审核日期: 2022 年 12 月 9 日上午~12 月 9 日 下午

审核员签字: 刘东胜

部门代表签字: 孙春芳