



编号: 1270-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	湖南金海塑胶管业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品质部	游标卡尺	JH-01	0-150mm	±0.03mm	量块 5 等	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.11.30	√
生产部	钢卷尺	JH-02	0-10m	6m 时允差±1.6mm	标准钢卷尺 $U=5\mu m+5\times 10^{-6}L, k=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.11.30	√
生产部	千尺	JH-03	(20-50)mm	±0.05mm	读数显微镜 $U=0.002mm, k=2$ 标准钢卷尺 $U=5\mu m+5\times 10^{-6}L, k=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.11.30	√
品质部	电子天平秤	JH-04	JHC	III级	F2 级砝码 F1 砝码	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.11.30	√
品质部	千分尺	JH-05	(25-50)mm	±0.004mm	量块 3 等	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.11.30	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认控制程序》、《计量外部供方控制程序》和《测量设备管理程序》, 对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一由品质部送外校准/检定, 校准/检定机构按《计量外部供方控制程序》选择并评价, 校准/检定证书统一由品质部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 12 月 15 日-16 日中午

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “测量设备计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。