



编号: 1260-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	颐中（青岛）实业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品质控制部	pH 计	600411 120618	PHS-3C (0-14) PH	$\pm 0.02\text{pH}$ 0.01 级	酸度计检定仪: 0.0006 级 PH 标准物质: $U=0.01\text{PH}, k=3$	青岛市计量技术研究院	2022.03.17	√
品质控制部	电子天平	B51273 7387	ME204/0 2 (0-220) kg	MPE: $\pm 1\text{mg}$	E2 等级毫克组 砝码标准装置 E2 等级	青岛市计量技术研究院	2022.03.04	√
品质控制部	折光密度仪	FASVB1 083	R837 (13000-1 7000)nD 2	$U=0.0009$ nD 20 $k=2$	折射率溶液标准物质 $U=0.0002, k=2$	青岛市计量技术研究院	2022.03.17	√
品质控制部	气相色谱-质谱联用仪	US1335 2B07	7890A-5957 C	$U_{rel}=15\% k=2$	气质校准用八氟萘/异辛烷溶液标准物质 $U_{rel}=3\% k=2$	青岛市计量技术研究院	2022.03.17	√
粘合剂车间	叉车秤	902063	T15E (0-1500) kg	MPE: $\pm 0.5\text{kg}$	非自动衡器检定装置 M1 等级	青岛市计量技术研究院	2022.03.08	√
香精车间	地磅	Y14	300kg	III 级	非自动衡器检定装置 M1 等级	青岛市计量技术研究院	2022.03.03	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由制造中心(测量设备管理)负责溯源。测量设备检定/校准委托青岛市计量技术研究院进行检定/校准, 检定/校准证书由品质控制部保存。根据抽查情况, 该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 12 月 15 日上午~2022 年 12 月 16 日上午

审核员签字:

喻荣秋

部门代表签字: