



编号: 0271-2020-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	武汉红金龙印务股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产车间	温湿度计	H&H-WSD-HZC-03	TH602F	$l=1.2\%$, $k=2$	精密露点仪 $l=0.8\%$, $k=2$	武汉市计量测试检定所	2022年8月16日	√
质量管理部	电子天平	1230110700	AL204	II	E2 等级砝码	武汉市计量测试检定所	2022年8月23日	√
设备工程部	砝码	3619	1mg-5kg	M1 等级	F1 等级砝码	武汉市计量测试检定所	2022年8月18日	√
完成车间	压力表	AK0423422	(0-1.6) Mpa	$\pm 1.6\%$	数字压力校验仪	武汉市计量测试检定所	2022年8月15日	√
质量管理部	电热鼓风干燥箱	12848	101-1AB	$U=0.3^{\circ}\text{C}$, $k=2$	多点温湿度测试仪 $U=0.1^{\circ}\text{C}$, $k=2$	武汉市计量测试检定(研究)院	2022年8月23日	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由设备工程科负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托武汉市计量测试检定所等机构检定/校准，校准/检定证书由设备工程科保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022年12月12日

审核员签字: 徐杏玉 王一婷 部门代表签字: 郭磊

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。