



文件审核

受审核方名称:	沈阳北方防爆股份有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 SYBF /CL-A-2017 版本号: A/0 程序文件 SYBF/CLCX-A- 2017 版本号: A/0 实施日期: 2017 年 06 月 10 日制订了手册和程序文件, 实施日期 2017 年 06 月 10 日 其他: 无		
文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述): 1. 是否修订了所需的文件体系, 并对照符合标准要求; ☒ 是 ☐ 否 2. 公司相应资质是否有变化, 并提交变化的证明。 ☒ 是 ☐ 否 有, 请说明: 企业资质变更: 注册资本变更为 34705 万元, 2022 年 12 月 01 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业不是重点耗能单位, 经查公司没有顾客对产品质量投诉等 文件审核结论: ☒ 企业文件基本符合标准的要求。 ☐ 企业文件基本符合标准的要求, 但有个别问题点需要纠正, 现场审核时确认纠正结果。 ☐ 企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。 ☐ 已为实施现场审核做好准备, 初步确定现场审核时间为: 2022 年 12 月 12-13 日上午 文件审核人:  2022 年 12 月 12 日			
受审核方意见: ☒ 同意审核意见, 研究后结合实际修改文件, 并按计划做好现场审核准备。 ☐ 不同意审核意见。 受审核方管理者代表:  2022 年 12 月 12 日			



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	SYBF /CL-A-2017《测量管理手册》中 9.2 条款引用计量标准中 JJF1033-2008《计量标准考核规范》 已经被 JJF1033-2016《计量标准考核规范》替代	9.2 计 量 标准	建议修订。

文件修改验证情况：
☒以上情况已纠正
☐未纠正
原因：

文件审核人： 
2022 年 12 月 12 日