



编号: 0133-2019-2022

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	原油动态计量测量	被测参数要求(含公差)	(100~300) m ³ /h, ±0.2%		
被测参数要求识别依据文件		SY/T 5398-2017 《石油天然气交接计量站计量器具配备规范》			
计量要求导出方法 (可另附) 1. 测量范围: 根据测量要求, 两边延伸取设备测量范围为 (0~500) m ³ /h; 2. 准确度等级: 依据 SY/T 5398-2017 《石油天然气交接计量站计量器具配备规范》表 10 中规定原油动态计量测量选用 0.2 级容积式流量计;					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	最大示值误差	校准/检定证书编号	校准/检定日期
	刮板流量计 (1515E10042)	LH8-S3, (0~500) m ³ /h	0.096%	DYMVZ202206645	2022.6.19 - 2022.12.18
计量验证记录: 刮板流量计测量范围 (0~500) m ³ /h, 满足要求。 刮板流量计准确度等级是 0.2 级, 满足 SY/T 5398-2017 《石油天然气交接计量站计量器具配备规范》表 10 的要求。					
验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项)					
验证人员签字: 陈宸		验证日期: 2022 年 06 月 22 日			
认证审核记录: 1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 2. 计量要求导出方法正确; 3. 测量设备的配备满足计量要求; 4. 测量设备已检定/校准合格; 5. 测量设备验证正确。					
审核员签名: 陈宸					
企业代表签字: 陈宸					
		审核日期: 2022 年 12 月 16 日			