



测量设备溯源抽查表

编号: 0133-2019-2022

企业名称	中国石化塔河炼化有限责任公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
公用工程作业部	固定式有毒气体报警器 (硫化氢)	150313Q001	Itrans	报警值: 6.0 $\mu\text{mol/mol}$	有害气体检测报警器检定装置测量范围 (0~1000) $\mu\text{mol/mol}$	中石化安全工程研究院有限公司	2022 年 03 月 24 日	√
公用工程作业部	固定式可燃气体报警器	10020313	CC35	报警值: 6.0 $\mu\text{mol/mol}$	可燃气体检测报警器检定装置测量范围 (0~100) %mol/mol	新疆维吾尔自治区计量测试研究院	2022 年 03 月 11 日	√
生产管理部	便携式硫化氢报警仪	21070AW-065	TANGO TX1	报警值: 6.0 $\mu\text{mol/mol}$	可燃气体检测报警器检定装置测量范围 (0~100) %mol/mol	中石化安全工程研究院有限公司	2022 年 03 月 25 日	√
生产管理部	便携式硫化氢报警仪	21070AW-055	TANGO TX1	报警值: 6.0 $\mu\text{mol/mol}$	可燃气体检测报警器检定装置测量范围 (0~100) %mol/mol	中石化安全工程研究院有限公司	2022 年 03 月 25 日	√
炼油作业一部	电磁流量计	SWUSQYA1042 4/04807-03	WFW-6-W1S 1-L-2	$L=0.08\%$, $k=2$	静态质量法液体流量标准装置 0.05 级	库车炜隆阀门检测有限责任公司	2020 年 03 月 23 日	√
炼油作业一部	电磁流量计	010DC419000	50W3H-H90 A1BN2BBAW	$L=432\%$, $k=2$	标准表法水流量标准装置 0.05 级	库车炜隆阀门检测有限责任公司	2022 年 04 月 07 日	√
质量计量检验中心	电磁流量计	H142113255	OPTIFLUX2 300C	0.3 级	静态质量法液体流量标准装置 0.05 级	库车炜隆阀门检测有限责任公司	2022 年 03 月 19 日	√
质量计量检验中心	电导率仪	61071004004 0	DDSJ-308A	1.5 级	电导率仪检定装置 0.2 级	新疆维吾尔自治区计量测试研究院	2022 年 05 月 18 日	√
质量计量检验中心	刮板流量计	1515E10042	LH8-S3	0.2 级	BI-DI 体积管 0.05 级	国家石油天然气大流量计量站东营分站	2022 年 06 月 19 日	√
质量计量检验中心	刮板流量计	1515E10043	LH8-S3	0.2 级	BI-DI 体积管 0.05 级	国家石油天然气大流量计量站东营分站	2022 年 06 月 19 日	√
质量计量检验中心	刮板流量计	1515E1004/4	LH8-S3	0.2 级	BI-DI 体积管 0.05 级	国家石油天然气大流量计量站东营分站	2022 年 06 月 19 日	√
质量计量检验中心	刮板流量计	2130ER0018	LH8-S3	0.2 级	BI-DI 体积管 0.05 级	国家石油天然气大流量计量站东营分站	2022 年 06 月 19 日	√



审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，且建立了 2 项最高计量标准，测量设备由质量计量检验中心负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托中石化安全工程研究院有限公司、新疆维吾尔自治区计量测试研究院、国家石油天然气大流量计量站东营分站、库车炜隆阀门检测有限责任公司等机构检定/校准，校准/检定证书由使用部门保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 12 月 14 日~12 月 16 日

审核员签字:

陈群 郭铁柱

部门代表签字:

张华

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。