



编号: 1302-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	杭州莱宸科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品质管理部		陪同人员: 谢丽琴	
不符合事实描述: 查: 生产过程中在用的直流低电阻测试仪, 规格型号为 CXT2516B, 编号为 OK11162052, 已列入测量设备台账管理, 但未送检溯源, 不满足要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.3.1 不符合程度: 主要不符合 ☐; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>王慧花</u> 陪同人员(签名) <u>谢丽琴</u> 企业部门代表(签名) <u>杨强</u> 日期: 2022年12月19日			
纠正措施: 立即将此测量设备送检, 举一反三, 检查现场在用 的测量设备, 有无类似情况, 一并改进。 企业部门代表签名: <u>杨强</u> 审核员签名: <u>王慧花</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实, 验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>王慧花</u> 日期: 2022年12月19日			

可另附页

