



编号: 1302-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	杭州莱宸科技有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 品质管理部		陪同人员: 谢丽琴	
不符合事实描述: 查:《合格供方名录》内的中国电子科技集团公司第五十二研究所校准实验室、浙江省计量科学研究院,为测量设备检定/校准服务方,企业未能提供相关的资质及校准项目附件,并对其进行相应的资质评价,不满足要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.4</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u> <u> </u>; 审核员(签名) <u>王瑞华</u> 陪同人员(签名) <u>谢丽琴</u> 企业部门代表(签名) <u>杨强</u> 日期: <u>2022年12月19日</u>			
纠正措施: <u>组织相关人员对以上两家校准机构的资质材料进行收集并评价,保留好记录,以后每年按常规对外部供方进行评价,保留记录</u> 企业部门代表签名: <u>杨强</u> 审核员签名: <u>王瑞华</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施落实,验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>王瑞华</u> 日期: <u>2022年12月19日</u>			

可另附页

