



测量设备溯源抽查表

编号: 0111-2018-2022

企业名称	许昌永昌印务有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术中心	电子天平	0306008	JA5003	II 级	E2 等级砝码 E2 等级砝码组标准装置	河南省计量科学研究院	2022.08.31	√
技术中心(质检室)	摩擦剥离试验机	92475-01	32-76-00-0002	$U=0.02N$ $k=2$	砝码 F ₂ 等级	河南省计量科学研究院	2022.06.29	√
技术中心(质检室)	条码检测仪	0030.20 8.106-05 933-0	REA ScanCheck Plus	反射率: $U=3\%$ $K=2$ 缺陷度: $U=0.04$ $K=2$ 可译码度: $U=0.04$ $K=2$	一致性标准版: I-2055-03; I-2031-06 I-2008-13; I-2010-16 I-2005-18; I-2008-21 I-2020-23; I-2007-26 I-2029-28; I-2003-31 反射率不确定度 $U=1.8\%$, $k=2$	中国物品编码中心自动识别技术检验实验室	2022.10.18	√
技术中心	电子测厚仪	47004	89-2007	$U=5\mu m$ $K=2$	量块 (0.5~100) mm 4 等	河南省计量科学研究院	2022.03.15	√
技术中心(质检室)	纸张取样器	2016114050	DRK114C	$U=0.04mm$ $K=2$	游标卡尺 (0~150) mm MPE: $\pm 0.03mm$	河南省计量科学研究院	2022.06.27	√
制造部	大屏幕温湿度计	H218AC E455	HE218A	温度: $U=0.4^{\circ}C$, $k=2$ 湿度: $U=2.0\%RH$, $k=2$	温湿度计(表)检定装置: 温度 $U=0.4^{\circ}C$, $k=2$; 湿度 $U=1.2\%RH$, $k=2$ 精密露点仪: 露点 MPE $\pm 0.2^{\circ}C$ 精密露点仪: 温度 MPE $\pm 0.2^{\circ}C$ 精密温度计: $-50^{\circ}C \sim 199.99^{\circ}C$ 范围内 $\pm 0.015^{\circ}C$	河南省计量科学研究院	2022.03.09	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认控制程序》、《计量外部供方管理程序》、《测量设备管理程序》和《溯源性管理程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定，公司未建最高计量标准，测量设备由生产管理部负责溯源。公司测量设备委托河南省计量科学研究院、中国物品编码中心自动识别技术检验实验室等机构检定/校准，校准/检定证书由生产管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-A-II-06 测量设备溯源抽查表 (07 版)

审核日期: 2022 年 12 月 26 日下午~12 月 28 日上午

审核员签字: 孙晓雄

部门代表签字: 王强

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。