

测量过程比对测试记录

测量过程名称:	成品克重检验过程				测量对象			成品克重		
测量参数:	克重				单次测量允许误差:			±0.1g		
比对试验最大允许误差	±3.5%				核查周期:			1个月		
核查办法	每次对同一样品，由两名实验人员进行样品重量测量，并对平均值做比较									
测量仪器	电子天平									
测量人员	郭盼秋				海洋				均值误差 %	是否合格
核查日	单位：g			平均值	单位：g			平均值		
2022.1.12	231.294	231.323	231.361	231.326	231.255	231.321	231.278	231.285	(0.018)	合格
2022.2.26	233.173	233.183	233.181	233.179	233.191	233.185	233.193	233.190	0.005	合格
2022.3.14	234.682	234.679	234.681	234.681	234.679	234.678	234.682	234.680	(0.000)	合格
2022.4.13	233.543	233.546	233.561	233.550	233.572	233.568	233.581	233.574	0.010	合格
2022.5.25	239.241	239.251	239.248	239.247	239.258	239.261	239.253	239.257	0.004	合格
2022.6.10	228.762	228.771	228.779	228.771	228.776	228.763	228.761	228.767	(0.002)	合格
2022.7.15	229.451	229.462	229.469	229.461	229.459	229.463	229.467	229.463	0.001	合格
2022.8.19	243.155	243.163	243.171	243.163	243.168	243.173	243.165	243.169	0.002	合格
2022.9.11	230.183	230.191	230.182	230.185	230.193	230.195	230.188	230.192	0.003	合格
2022.10.13	247.662	247.657	247.681	247.667	247.671	247.663	247.681	247.672	0.002	合格
2022.11.24	245.741	245.743	245.75	245.745	245.749	245.751	245.748	245.749	0.002	合格

制表/日期:

海洋

2022.11.24

审核/日期: 王留杰

2022.11.24

