



编号: 0097-2019-2022

不符合项报告

企业名称:	上海欧特莱阀门机械有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质保部		陪同人员: 王书堂	
不符合事实描述: 查质保部出厂编号 E571、规格型号为 (75-100) mm 的外径千分尺, 已粘贴封存标识。查《测量设备封存记录》1 份, 申请封存批准日期为 2022 年 5 月 30 日。查《测量设备台账》上 “管理状态” 一栏未标注 “封存”。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “6.3.1 测量设备”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>鞠录彬</u> 陪同人员(签名) <u>吴合理</u> 企业部门代表(签名) <u>邵子友</u> 日期: 2022 年 12 月 16 日			
纠正措施: 立即组织公司测量设备管理人员学习 GB/T19022-2003 标准, 并及时更新测量设备管理状态。查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>邵子友</u> 审核员签名: <u>鞠录彬</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>鞠录彬</u> 日期: 2022 年 12 月 16 日			

可另附页