



## 测量设备溯源抽查表

编号: 0254-2020-2022

|       |             |           |                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                       |            |               |
|-------|-------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| 企业名称  | 佛山市银正铝业有限公司 |           |                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                       |            |               |
| 部门    | 测量设备名称      | 测量设备编号    | 型号规格             | 测量设备计量特性                                                                                                              | 测量标准装置名称及技术参数                                                                                                                        | 检定/校准机构               | 检定/校准日期    | 符合打√<br>不符合打× |
| 生产计划部 | 钢卷尺         | YZ-GJC04  | 7.5m             | II级                                                                                                                   | 标准钢卷尺<br>$U=0.01\text{mm}+1\times 10^{-5}L$ ,<br>$K=2$                                                                               | 方溯认证检测研究院<br>(深圳)有限公司 | 2022-11-04 | √             |
| 生产计划部 | 电子地上衡       | YZ-DB-001 | (0~3000)kg/1kg   | III级                                                                                                                  | 砝码/编号<br>TS-SB-20594;<br>砝码/编号<br>TS-SB-09084;<br>$M_2$ 等级砝码/编号<br>TM2-002                                                           | 深圳天溯计量检测股份有限公司        | 2022-03-30 | √             |
| 工艺质保部 | 数显卡尺        | GL504432  | (0~200)mm/0.01mm | $U=0.01\text{mm}$ ,<br>$k=2$                                                                                          | 量块 / 编号<br>TS-SB-08073<br>数显外径千分尺/编号<br>TS-SB-08673<br>刀口形直尺 / 编号<br>TS-SB-09974<br>量块 / 编号<br>TS-SB-08072<br>量块 / 编号<br>TS-SB-08074 | 深圳天溯计量检测股份有限公司        | 2022-03-30 | √             |
| 工艺质保部 | 涡流测厚仪       | 183601    | ED-300           | (0.1~500) $\mu\text{m}$ :<br>$U_{\text{rel}}=1.5\%$<br>(>500~1250) $\mu\text{m}$ :<br>$U_{\text{rel}}=2.5\%$<br>$k=2$ | 膜厚片/编号<br>TS-SB-10909                                                                                                                | 深圳天溯计量检测股份有限公司        | 2021-04-13 | √             |
| 工艺质保部 | 壁厚千分尺       | AM001270  | (0~25)mm/0.001mm | $U=1.1\mu\text{m}$ ,<br>$k=2$                                                                                         | 量块/编号 TS-SB-00271<br>杠杆千分表 / 编号<br>TS-SB-22821<br>数显量仪测力计/编号<br>TS-SB-18478<br>平面平晶 / 编号<br>TS-SB-18699<br>平行平晶 / 编号<br>TS-SB-09013  | 深圳天溯计量检测股份有限公司        | 2022-03-30 | √             |
| 工艺质保部 | 微机控制电子万能试验机 | WD22-04   | WDW-100          | 0.5级                                                                                                                  | 标准测力仪/编号:<br>TS-SB-10540<br>速度位移检定仪/编号:<br>TS-SB-15856                                                                               | 深圳天溯计量检测股份有限公司        | 2022-08-12 | √             |



审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由工艺质保部负责溯源。公司测量设备委托深圳天溯计量检测股份有限公司、方溯认证检测研究院（深圳）有限公司校准，校准证书由工艺质保部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 12 月 21 日

审核员签字:

姜如华

部门代表签字:

柯嘉贤

说明: “计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。