测量设备溯源抽查表

编号：0261-2020-2022

企业名称		广州王老吉药业股份有限公司					
部门	测量设备名称/ 测量设备编号	型号 规格	测量设备 准确度等级	测量标准装置 准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合否
中心检验室	液相色谱仪/ *DE62967697*	*1200 Series*	定性重复性误差 ≤1.0% 定量重复性误差 ≤3.0%	液相色谱仪检定用溶液标准物质（萘-甲醇）*GBW(E)130395: Urel=3%m，K=2* 液相色谱仪检定溶液（萘-甲醇）*GBW(E)130396: Urel=4%m，K=2*	广州市计量检测技术研究院	*2021-12-02(* 有效期至 *2023-12-01)*	√
丸制车是	电子天秤/ *15901174*	*FZ-200I*	II 级	砝码 F_2 等级	广州市计量检测技术研究院	*2022-04-30*	√
丸剂二车间	电子水分测定仪/ *P1034392*	*MX-50* *MAX:51g* *d:1mg*	II 级	砝码 *1mg~500g* 准确度等级 *F1* 等级 氯化钠纯度标准物质 *GBW06103d U=0.008%,K=2*	广州市计量检测技术研究院	*2022-04-28*	√
食品质量管理部	电热鼓风干燥箱*/0906084*	*DHG-9245A*	±2.0°C	温湿度巡检仪±0.15℃湿度 MPE: ±1.5%RH	广州市计量检测技术研究院	*2022-06-30*	√
中心检验室	真空干燥箱 */201800000059 36*	*VVD53*	温度偏差 0.1 °C 温度波动性±0.2°C	多功能温度检验仪 *MPE*± 0.02%× FS 工作用铜-铜镍热用电偶 T 分度 I 级 高温热力验证系统 PDL-1 MPE ±0.1°C MPE: ±1.5kpa	广州市计量检测技术研究院	*2022-10-27*	√
工程部	压力表 */1401206*	（*0~1.5*） *MPa*	2.5 级	------	广州市计量检测技术研究院	*2022-9-30*	√

审核综合意见：

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由工程部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托广州市计量检测技术研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由工程部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2022 年 12 月 22 日

审核员签字：

部门代表签字：

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。