



测量设备溯源抽查表

编号：0260-2019-2022

企业名称	天津金顺科技发展股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产车间	布氏硬度计	0015	HB-3000B	MPE: ± 2.5%	布氏硬度块 MPE: ± 1.0%	天津胜鉴计量检测技术服务有限公司	2022.07.28	√
生产车间	外径千分尺	1877420	(0~25) mm	$U=1.0\mu m$ ($k=2$)	4等量块	天津胜鉴计量检测技术服务有限公司	2022.04.24	√
生产车间	游标卡尺	HLL14362	(0~200) mm	$U=0.01$ mm ($k=2$)	5等量块	天津胜鉴计量检测技术服务有限公司	2022.04.24	√
生产车间	浮子流量计	LLJ-07	(0-25) L/min	$U=1.5\%$ ($k=2$)	气体质量流量计 ± 1.0%	广东省珠海市质量计量监督检测所	2022.04.24	√
生产车间	超声波测厚仪	12012768	UL200	$U=0.03$ mm ($k=2$)	超声波测厚仪专用试块 $U=0.20\mu m+2\times 10^{-6}Ln$ ($k=2.7$)	天津胜鉴计量检测技术服务有限公司	2022.04.24	√
实验室	电子万能试验机	20204364	JHY-5000	$U_{rel}=0.4\%$ ($k=2$)	标准测力仪 0.3级	天津胜鉴计量检测技术服务有限公司	2022.07.28	√

审核综合意见：

（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由安质部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托天津胜鉴计量检测技术服务有限公、广东省珠海市质量计量监督检验所等机构检定/校准，校准/检定证书由安质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2023年01月03日上午~01月04日下午

审核员签字：

部门代表签字：

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。