



编号: 1369-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	高特控股集团有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 品管部		陪同人员: 黄晴	
不符合事实描述: 查: 品管部 (实验室) 在用的型号 FOUNDRY-MASTER 的直读光谱仪, 编号为 GT-001, 2022 年 09 月 07 日经广东中准检测有限公司校准, 未列入测量设备台账管理, 不满足要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.3.1</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u> <u> </u>; 审核员 (签名) <u>王学军</u> 陪同人员 (签名) <u>黄晴</u> 企业部门代表 (签名) <u>王振</u> 日期: <u>2022 年 12 月 21 日</u>			
纠正措施: <u>已将此光谱仪列入测量设备台账管理; 举一反三检查现场有无类似情况, 一并纠正。</u> 企业部门代表签名: <u>王振</u> 审核员签名: <u>2022 年 12 月 21 日</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实, 验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>王学军</u> 日期: <u>2022 年 12 月 21 日</u>			

可另附页

