



编号: 1284-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称		佛山市啟盛卫生用品有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术设备部	砝码	3045	100g-1g 9个	E ₂ 等	砝码: E1 等 质量比较仪: 局部示值误差: $U=0.0010\text{mg}$, $k=2$ 质量比较仪: 局部示值误差: $U=0.004\text{mg}$, $k=2$	广东省计量科学研究院	2022.5.19	√
生产部	压力表	YL03049172	(0~1.6) MPa	1.6 级	数字压力表: 0.05 级	佛山市质量计量监督检测中心	2022.1.0.24	√
品质管理部	钢直尺	8#	(0~300) mm	±0.10 mm	石平尺: 0 级 三等标准金属线纹尺: 三等 塞尺: MPE: $\pm(5-16)\mu\text{m}$ 宽座直角尺: $U=1.8\mu\text{m}(k=2)$ 度数显微镜: $U=2.0\mu\text{m}(k=2)$	佛山市质量计量监督检测中心	2022.5.19	√
品质管理部	电子天平	210220012496	JJ200200g/0.01g III 级	III 级	砝码: F ₂ 等	佛山市质量计量监督检测中心	2022.1.5	√
生产部	数字温度表	HS500EN251	S500-DT-GPRS-GSM	-0.6~0.4℃	玻璃水银温度计: $U=0.05^\circ\text{C}$ ($k=2$)	佛山市质量计量监督检测中心	2022.7.26	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认程序》、《计量外部供方管理程序》和《测量设备管理程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一由技术设备部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》选择并评价，校准/检定证书统一由技术设备部保存。

根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 12 月 22-23 日

审核员签字:

部门代表签字: