



编号: 1284-2022

## 不符合项报告

企业名称:	佛山市啟盛卫生用品有限公司	不符合报告编号:	2022122301
受审核部门: 品质管理部		陪同人员: 唐珊	
<p>不符合事实描述:</p> <p>抽查电子天平 (编号 22860076) 的《计量确认记录》, 其中“计量要求”填写的“准确度等级/最大允差”为 <math>\pm 0.24g</math>, 为工艺要求, 不是测量设备的计量要求, 记录填写有误</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 7.1.4</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u>    </u>; 次要不符合 <u>  √  </u>;</p> <p>审核员 (签名) <u>柯冰</u> 陪同人员 (签名) <u>唐珊</u></p> <p>企业部门代表 (签名) <u>吴晓玲</u> 日期: 2022. 12. 23</p>			
<p>纠正措施: 将电子天平 (编号 22860076) 的《计量确认记录》, 其中“计量要求”填写的“准确度等级/最大允差”更正为 I 级, 组织人员对《计量确认记录》进行检查, 发现类似问题后一并整改完成。</p> <p style="text-align: right;">柯冰</p> <p>企业部门代表签名: <u>吴晓玲</u> 审核员签名: <u>柯冰</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>已分析原因, 制定纠正措施, 经确认纠正措施已落实, 验证有效。同意关闭不符合项。</p> <p>审核组代表签名: <u>柯冰</u> 日期: 2022. 12. 24</p>			

可另附页

# 计量确认记录

所属单位：技术设备部

编号：MM-F-7.1/01

设备名称	电子天平	使用地点	理化实验室二		
出厂编号	22860076	制造厂家	北京赛多利斯仪器系统有限公司	型号规格	DENVER T114 型
内部编号	001	设备类别	<input type="checkbox"/> A类 <input checked="" type="checkbox"/> B类 <input type="checkbox"/> C类		
计量确认记录					
检定/校准结果	检定/校准单位	佛山市质量计量监督检测中心			
	检定/校准依据	JJG 1036-2008			
	检定/校准环境	温度：25℃；相对湿度：58%RH			
	检定/校准日期	2022.7.21	检定/校准人	刘君龙	
	证书编号	FCL922018623	检定/校准周期（月）	12个月	
	检定/校准结果	测量范围 (0~110)g	最小分度值 0.0001g	准确度等级/ 最大误差 +0.0005g	
计量要求	测量范围 (0~110)g	最小分度值 0.0001g	准确度等级/ 最大允许误差 I级		
	确认间隔	12个月	使用环境条件	常温常湿	
	计量验证	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合要求 如不符合要求，请描述不符合事实： 验证/日期： <u>洪福局</u> 2022.12.24   审核/日期： <u>李</u> 2022.12.24			
不符合要求时采取的措施					
措施	<input type="checkbox"/> 调整 <input type="checkbox"/> 维修		实施/日期		
再次检定/校准结果	测量范围	最小分度值	准确度等级/ 最大误差		
计量确认周期	从   年   月   日开始从   月调整为   月				
再次计量验证	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合要求		验证/日期：	批准/日期：	
标识	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 限用 <input type="checkbox"/> 停用				

说明：当验证不合格时，由专职或兼职计量员填写本记录，部门负责人审核，一式一份。  
 保存期限为2年（C类测量设备的计量确认记录必须永久保存）。