



测量设备溯源抽查表

编号: 0227-2019-2022

企业名称	东营钧辰石油设备有限责任公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产技术部	泄漏电流测试仪	L75A-0922-008	LK267 5A	$\pm 0.40\text{mA}$ 交流电压: $U_{\text{rel}}=0.6\%; k=2$ 交流电流: $U_{\text{rel}}=0.5\%; k=2$	数字多用表: DCV: $\pm 0.0005\%$; ACV: $\pm 0.06\%$; DCI: $\pm 0.06\%$; ACI: $\pm 0.1\%$; R: $\pm 0.01\%$; Freq: $\pm 0.01\%$ $k=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.03.10	√
生产技术部	压力校验仪	2200110	SHD-8	$U_{\text{rel}}=0.5\%\text{FS}, k=2$	数字压力校验仪: 0.05 级 $U_{\text{rel}}=0.027\%; k=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.03.10	√
生产技术部	恒温烘箱	2222110	AC220	$U=0.9^{\circ}\text{C}, k=2$	数据采集仪: $U=0.4^{\circ}\text{C}, k=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.03.10	√
生产技术部	电子天平	Y202203138	YP200 2N	$U=0.04\text{g}, k=2$	F ₂ 等级砝码: F ₂ 级	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.03.10	√
生产技术部	游标卡尺	QN022120B	(0-200) mm	$U=0.01\text{mm}, k=2$	量块: 4 等	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.03.10	√
生产技术部	外径千分尺	E112287	(0-25) mm	$\pm 0.004\text{mm}$ $U=1.8\mu\text{m}; k=2$	量块: 4 等	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.03.10	√
安全环质部	温度巡检仪	1703410	LH-X	± 2.0 $U=0.3\%, k=2$	温度校准仪: 输入 K: $U=0.3^{\circ}\text{C}, k=2$; J: $U=0.3^{\circ}\text{C}, k=2$; 输出 K: $U=0.3^{\circ}\text{C}, k=2$; J: $U=0.3^{\circ}\text{C}, k=2$;	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.03.10	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由安全环质部负责溯源。公司测量设备全部委托“深圳中电计量测试技术有限公司(机构注册编号: CNAS L10466)”, 校准证书由安全环质部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。



审核日期：2023 年 01 月 04 日下午—2023 年 01 月 05 日上午

审核员签字：刘东胜

部门代表签字：范晓羽