



编号: 0227-2019-2022

不符合项报告

企业名称:	东营钧辰石油设备有限责任公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 安全环质部		陪同人员: 范晓羽	
不符合事实描述: 查安全环质部使用的型号规格 LH-X、出厂编号为 1703410 的“温度巡检仪”的校准证书, 校准日期为 2022 年 03 月 10 日, 未提供出计量确认验证记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>7.1.1 计量确认总则</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>李永波</u> 陪同人员(签名) <u>范晓羽</u> 企业部门代表(签名) <u>范晓羽</u> 日期: 2023 年 1 月 5 日			
纠正措施: 立即对温度巡检仪校准证书及设备进行计量确认完成验证记录并举一反三, 进行整改。 企业部门代表签名: <u>范晓羽</u> 审核员签名: <u>李永波</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。 审核组代表签名: <u>李永波</u> 日期: <u>2023.1.5</u>			

可另附页