



测量设备溯源抽查表

编号: 0195-2020-2022

企业名称	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
化工运行部	气体探测器 (硫化氢)	315057G T-0805	CQ-CE8900	-1%FS	硫化氢气体检测仪检定装置 Urel=2.8% k=3	河北省计量 监督检测研 究院	2022年6月 30日	√
物资采购中心	电子平台秤	42065281 0001	SCS-1.5	III级	非自动衡器检定装置 (0~200) t M1 等级	河北省计量 监督检测研 究院	2022年10 月11日	√
物资采购中心	钢卷尺	ZA22610 2	7.5m	MPE: (0.3mm+2× 10-4L)	钢卷尺标准装置 (0~10) m MPE: (0.03+0.03L) mm	河北省计量 监督检测研 究院	2022年10 月11日	√
炼油运行四部	可燃气体探测器	AI901594 321-AT-0 0015	KS-3	1%FS	可燃气体检测报警器检定装置 U=0.6%FS (k=2)	河北省计量 监督检测研 究院	2022年6月 17日	√
炼油运行二部	热电阻	TE12003 A	(-50~200)℃	U=0.05℃,k=2	标准铂电阻温度计 二等标准	石家庄炼化 分公司	2022-09-09	√
储运运行部	测深钢卷尺	7011	25m	最大允许误差: ±1.5mm	标准钢卷尺 U=5um+5*10-5L(k=2)	河北省计量 监督检测研 究所	2022-07-11	√
储运运行部	复合式气体 检测报警仪 (H ₂ S)	16053YX- 006	MX4	示值误差: -2.1%	氮中硫化氢气体标准物质 U=2%,k=3	河北省计量 监督检测研 究所	2022-04-14	√
储运运行部	液体石油产 品量自动计 量控制系统	13059774 /3234065	CMF200M419 NUQMZZZ/17 00R12ABPMZ	重复性: 0.02%	车载流量标准装置 U=0.05%,k=2	河北省计量 监督检测研 究所	2022-12-06	√

审核综合意见:

公司已制定《计量管理办法》《计量确认过程管理办》、《外部供方管理办法》,《测量管理控制办法》。公司建最高计量标准 7 项,测量设备由检验计量中心负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托河北省计量监督检测研究院等机构检定/校准,校准/检定证书由所属单位保存。现场抽查 8 台测量设备,其检定、校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 12 月 27 日~12 月 28 日

审核员签字: 杨泉 李丽英 部门代表签字: 孙 12

说明:“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。