



编号: 0195-2020-2022

测量过程控制检查表

测量过程 (参数)名称	外排废水 COD _{Cr} 测量过程		企业部门	检验计量中心	
被测参数 要求	参数 M	COD _{Cr}	测量过程 计量要求	最大允许 误差/允许 不确定度/ 其他要求	每批样品应至少做两个空白实验; 每批样品应做 10% 的平行样, 平行样的相对偏差 $\leq \pm 10\%$; 每批样品测定时, 应分析一个有证标准样品或质控样品, 其测定值应在保证值范围内或结果相对误差 $\leq 10\%$
	公差 T	$\leq 120\text{mg/L}$			
	其他要求	无			
测量过程要素控制状况					
过程要素		计量特性			是否满足 计量要求
测量设备	量 程	准确度等级/误 差	分辨力	其他 特性	满足计量要求
天平	(0-200) g	0.0015g	0.0001g	/	
移液管	5ml	0.015ml	/	/	
移液管	10ml	0.020ml	/	/	
瓶口分配器	(0~25) mL	0.05ml	0.01ml	/	
测量过程控制规范编号	外排废水 COD _{Cr} 测量过程控制规范				满足计量要求
测量方法编号	HJ 828-2017《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》				满足计量要求
环境条件	环境温度: 10℃~35℃, 环境湿度: $\leq 85\text{RH}$				
操作人员姓名	王育梅, 经培训合格				
测量不确定度评定方法	见附件 1				
有效性确认方法	见附件 2				
测量过程监视方法、 监视记录	检附件 3				
控制图绘制(如果有)	无				



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-07 测量过程控制检查表 (06 版)

综合评价	1. 测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素如, 测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4. 测量过程有效性确认方法正确, 满足要求; 5. 测量过程监视在控制限内。 审核结论: ☒符合 ☐有缺陷 ☐不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项。)
------	--

审核日期: 2022 年 12 月 28 日

审核员:

杨泉源

企业部门代表:

孙伟