

计 量 确 认 记 录

单 位	油品调合中心	车间/装置	长输管道车间		
测量设备名称	质量流量计	测量范围	0-120t/h		
出厂编号	13255422	制造厂家	艾默生	型号规格	CMF300M326N2 BPMZZZZ
仪表位号	FT-1	管理级别	☒ A级 ☐ B级 ☐ C级		
计量确认记录					
计量特性	检定/校准单位	GJD甘肃省大流量计量检定站		量值溯源方式	☒ 检定 ☐ 校准
	检定/校准证书编号	检字第水标202207018号			
	检定/校准日期	2022. 7. 29		检定周期/校准间隔（月）	12
	检定/校准结果	测量范围	分辨率	准确度等级/ 最大示值误差/测量不确定度	其他
		10-110t/h	0. 001t/h	0. 2级	
计量要求	测量范围	分辨率	准确度等级/ 最大允许误差/测量不确定度	其他	
	0-120t/h	0. 001t/h	0. 2级		
计量验证	☒ 符合 ☐ 不符合要求 如不符合要求，请描述不符合事实： 验证人：韦莎 验证日期：2022. 8. 15				
不符合要求时采取的措施					
措施	☐ 调整 ☐ 维修		实施人/日期		
再次检定/校准结果	准确度等级/最大示值误差/测量不确定度				
计量确认周期	从 年 月 日开始从 月调整为 月				
再次计量验证	☐ 符合 ☐ 不符合要求		验证人/日期：		
标识	☒ 合格 ☐ 限用 ☐ 停用 ☐ 禁用 ☐ 封存				

计 量 确 认 记 录

单 位	油品调合中心	车间/装置	长输管道车间		
测量设备名称	质量流量计	测量范围	0-120t/h		
出厂编号	13255077	制造厂家	艾默生	型号规格	CMF300M326N2 BPMZZZZ
仪表位号	FT-2	管理级别	☒ A级 ☐ B级 ☐ C级		
计量确认记录					
计量特性	检定/校准单位	GJD甘肃省大流量计量检定站		量值溯源方式	☒ 检定 ☐ 校准
	检定/校准证书编号	检字第水标202207017号			
	检定/校准日期	2022. 7. 29		检定周期/校准间隔（月）	12
	检定/校准结果	测量范围	分辨率	准确度等级/ 最大示值误差/测量不确定度	其他
		10-110t/h	0. 001t/h	0. 2级	
计量要求	测量范围	分辨率	准确度等级/ 最大允许误差/测量不确定度	其他	
	0-120t/h	0. 001t/h	0. 2级		
计量验证	☒ 符合 ☐ 不符合要求 如不符合要求，请描述不符合事实： 验证人：韦莎 验证日期：2022. 8. 15				
不符合要求时采取的措施					
措施	☐ 调整 ☐ 维修		实施人/日期		
再次检定/校准结果	准确度等级/最大示值误差/测量不确定度				
计量确认周期	从 年 月 日开始从 月调整为 月				
再次计量验证	☐ 符合 ☐ 不符合要求		验证人/日期：		
标识	☒ 合格 ☐ 限用 ☐ 停用 ☐ 禁用 ☐ 封存				

计 量 确 认 记 录

单 位	油品调合中心	车间/装置	长输管道车间		
测量设备名称	质量流量计	测量范围	0-120t/h		
出厂编号	13255975	制造厂家	艾默生	型号规格	CMF300M326N2 BPMZZZZ
仪表位号	FT-4	管理级别	☒ A级 ☐ B级 ☐ C级		
计量确认记录					
计量特性	检定/校准单位	GJD甘肃省大流量计量检定站		量值溯源方式	☒ 检定 ☐ 校准
	检定/校准证书编号	检字第水标202208002号			
	检定/校准日期	2022. 8. 2		检定周期/校准间隔（月）	12
	检定/校准结果	测量范围	分辨率	准确度等级/ 最大示值误差/测量不确定度	其他
		10-110t/h	0.001t/h	0.2级	
计量要求	测量范围	分辨率	准确度等级/ 最大允许误差/测量不确定度	其他	
	0-120t/h	0.001t/h	0.2级		
计量验证	☒ 符合 ☐ 不符合要求 如不符合要求，请描述不符合事实： 验证人：韦莎 验证日期：2022. 8. 15				
不符合要求时采取的措施					
措施	☐ 调整 ☐ 维修		实施人/日期		
再次检定/校准结果	准确度等级/最大示值误差/测量不确定度				
计量确认周期	从 年 月 日开始从 月调整为 月				
再次计量验证	☐ 符合 ☐ 不符合要求		验证人/日期：		
标识	☒ 合格 ☐ 限用 ☐ 停用 ☐ 禁用 ☐ 封存				