



测量设备溯源抽查表

编号: 0108-2018-2022

企业名称	白银有色集团股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
检测控制中心	3#电子汽车衡	Q1803-6KH	SCS-150	III级	砝码 M12、M2 等级	国家轨道衡计量站兰州分站	2022.03.14	√
动力公司	电磁流量计	142202393 85	WP-EMF-B(400)1A2BC0 5B58(NB)	0.5 级	水流量标准装置 $U_r=0.15\%, k=2$	福建省计量科学研究院	2022.03.22 (周期 24 个月)	√
检测控制中心	万能试验机	W6-1977	WE-10A	1 级	标准测力仪 (0-100) kN 0.3 级	甘肃省计量院	2022.02.25	√
检测控制中心	串联谐振试验系统	201312002 00	WKTY-1200/ 120	$U=2.0\% k=2$	数字高压表 电压: (0.001-200) kV 电流: (0.001-200) mA	甘肃省计量院	2022.02.25	√
长通公司	压力表	EY11056399	(0-2.5) MPa	1.6 级	精密压力表 (0-4) MPa 0.4 级	白银有色集团股份有限公司检测控制中心	2022.06.28	√
长通公司	工频火花试验机	190717124 191	ST-25A	$U=2.0\% k=2$	火花试验机 校准装置 电压: (0-35) kV $U=0.2\% k=2$	甘肃省计量院	2022.02.25	√
西北铅锌冶炼厂	电子天平	0122297	YP10001	III级	砝码 1mg-500g E ₂ 等级 砝码 1kg-5kg F ₂ 等级	白银有色集团股份有限公司检测控制中心	2022.08.16	√
西北铅锌冶炼厂	直读光谱仪	07001131	LABLAVFC14 A	$U=3.5\% k=2$	纯铁标准物质 $U=0.001\% k=2$ 合金钢 65Mn 标准物质 $U=0.004\% k=2$	深圳品信检测科技有限公司	2022. 08. 22	√
铜业公司一閃速炉	压力变送器	541812751 7	PT—0503	MPE: ±0.1%	0.05 级数字智能压力校验仪	白银有色集团股份有限公司检测控制中心	2022.08.21	√
铜业公司一应急锅炉	可燃气体报警仪	DY1805073	/	5%	空气中甲烷气标准物质 $U_r=1\%, k=3$	甘肃华衡检测技术有限公司	2022.08.13	√
第三冶炼	原子吸收分光光度计	GE712529	S2 型	0.01%	阴极灯 MPE: ±0.3nm	白银有色集团股份有限公司检测	2022.05.26	√



						控制中心		
第三冶炼	电子秤	870260	SCS---3	III级	M ₁₂ ,M ₂ 等级 砝码	白银有色集团股 份有限公司检测 控制中心	2022.11.11	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司已建立最高计量标准 20 项, 内部授权强制检定 9 项。授权证书均在有效期内。测量设备由检测控制中心负责溯源。公司测量设备除自检外其它测量设备均委外送检到甘肃省计量研究院、国家轨道衡计量站兰州分站、福建省计量科学研究所、深圳品信检测科技有限公司、甘肃华衡检测技术有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由各使用单位保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 12 月 27 日~12 月 28 日

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。