



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

编号: 1294-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	东莞市亿通电气有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	直角尺	YT-06	250mm×500mm	250mm:±0.3mm 500mm:±0.5mm	三等标准金属线纹尺 $U=0.008\text{mm}$ $k=2$	广东联合检测校准技术有限公司	2022.12.20	√
生产部	钢直尺	YT-03	(0~600) mm	±0.15mm $U=0.05\text{mm}+2\times 10^{-5}L$ $k=2$	三等标准金属线纹尺 $U=0.008\text{mm}$ $k=2$	广东联合检测校准技术有限公司	2022.12.20	√
品管部	万能角度尺	2202739	(0~320)°	±2' $U=2.0'$ $k=2$	角度块 $U=1.8''$ $k=2$	广东联合检测校准技术有限公司	2022.12.20	√
品管部	测厚规	219494	(0~10) mm	$U=0.005\text{mm}$ $k=2$ ±0.02mm	量块 4等	广东联合检测校准技术有限公司	2022.12.20	√
品管部	带表卡尺	Z008F5	(0~150) mm	±0.03mm $U=0.01\text{mm}$ $k=2$	量块 4等	广东联合检测校准技术有限公司	2022.12.20	√
生产部	钢卷尺	AS-306	3m	±0.9mm $U=(0.06\text{mm}+1\times 10^{-5}L)$ (L为m) $k=2$	标准钢卷尺 $U=(0.005\text{mm}+5\times 10^{-6}L)$ $k=2$	广东联合检测校准技术有限公司	2022.12.20	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托广东联合检测校准技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由品管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022年12月25日上午~12月25日下午

审核员签字: 刘南胜

部门代表签字:

郭勖生