

编号: 1294-2022

不符合项报告

企业名称:	东莞市亿通电气有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品管部		陪同人员: 丁涛	
不符合事实描述: 查品管部出厂编号 2202739 的“万能角度尺”, 校准证书上校准日期为 2022 年 12 月 20 日。企业未提供出对该“万能角度尺”进行计量确认验证的记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“7.1.1 计量确认总则”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>刘东胜</u> 陪同人员(签名) <u>丁涛</u> 企业部门代表(签名) <u>郭勋生</u> 日期: 2022 年 12 月 25 日			
纠正措施: 立即组织生产部人员对“万能角度尺”校准证书和校准结果进行计量验证, 并按照验证结果进行控制, 并查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>郭勋生</u> 审核员签名: <u>刘东胜</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>郭勋生</u> 日期: 2022 年 12 月 25 日			

可另附页