



测量设备溯源抽查表

企业名称	广西先得环保科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品质部	泄漏电流测试仪	36552	MS2621E	±5% 电流: $U_{rel}=0.41\%,k=2$ 电压: $U_{rel}=0.20\%,k=2$	数字多用表 $U_{rel}=0.0004\%,k=2$	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022.01.19	√
品质部	数显卡尺	00015A	(0~300)mm /0.01mm	±0.02mm $U=0.01mm,k=2$	量块 (0.5~100)mm 2等 (0.5~291.8)mm 3等	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022.01.17	√
品质部	万用表	C150441620	UT136A	直流电压: $U_{rel}=0.0016\%$, 交流电压: $U_{rel}=0.015\%$, 直流电流: $U_{rel}=0.022\%$, 交流电流: $U_{rel}=0.08\%$, 电阻: $U_{rel}=0.0076\%$, $k=2$	多功能校准系统: 1000V 20A 0.02 级	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022.01.12	√
生产部	电子天平	173050	JD2000-2	符合 II 级	天平检定装置: E_2, F_2 级	成都市计量检定测试院	2022.12.06	√
生产部	电子天平	021751	ESJ110-4B	符合 I 级	天平检定装置: E_2, F_2 级	成都市计量检定测试院	2022.12.06	√
品质部	数显卡尺	S180402724	(0~150)mm /0.01mm	±0.02mm $U=0.01mm,k=2$	量块 (0.5~100)mm 2等 (0.5~291.8)mm 3等	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022.01.12	√
生产部	紫外分光光度计	HDHB-CLSB-11	752N	波长: $U=0.7nm,k=2$; 透射比: $U=0.8\%,k=2$;	紫外可见校准用滤光片组: 波长: $U=0.1nm,k=2$; 透射比: $U=0.10\%,k=2$;	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022.01.12	√



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-06 测量设备溯源抽查表 (07 版)

生产部	绝缘电阻测试仪	HDHB-CLSB-10	M2675D	电阻: $U_{rel}=2.6\%, k=2$ 电压: $U_{rel}=1.2\%, k=2$	绝缘电阻表检定装置 $U_{rel}=3 \times 10^{-4} \sim 1 \times 10^{-2}, k=2$	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022.01.12	√
生产部	指针式温湿度计	HDHB-CLSB-36	THB9392	温度: $U=0.6^{\circ}\text{C}, k=2$ 湿度: $2.0\%\text{RH}, k=2$	温湿度检定箱: 温度: $U=0.12^{\circ}\text{C}, k=2$ 湿度: $\pm 2.0\%\text{RH}, k=2$	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022.01.13	√
审核综合意见: 公司未建最高计量标准, 测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司、成都市计量检定测试院机构检定/校准, 校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022 年 12 月 28 日上午~12 月 28 日下午								
审核员签字: 刘前胜								
部门代表签字: 王江林								