



测量设备溯源抽查表

编号: 0168-2019-2022

企业名称		许昌黄金叶实业有限责任公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产管理部	地中衡	780	ZGT-20 型	III级	M1 级标准砝码 M1 级	许昌市质量技术监督检验测试中心	2022.06.16	√
生产管理部	压力表	6409	Y100	1.6 级	数字压力表: 0.05 级	许昌市质量技术监督检验测试中心	2022.07.21	√
研发中心	纸管抗压试验机	AFGY-181121	AF-GY	$\pm 1.0\%$ $U_{rel}=0.3\%, k=2$	标准测力仪: 0.3 级	苏州国方校准测试技术有限公司	2022.07.13	√
研发中心	烟草数字投影仪	VMS202105001	VMS-3020H	$\pm 4\mu m$ $U=2\mu m; k=2$	标准玻璃线纹尺: 2 等	苏州国方校准测试技术有限公司	2022.07.22	√
研发中心	游标卡尺	5213/J-5801	(0-150) mm	$\pm 0.03mm$ $U=0.02mm; k=2$	量块: 4 等	苏州国方校准测试技术有限公司	2022.07.22	√
研发中心	固含量检测仪	CSY19001989	CSY-G3	$U=0.003g; k=2$	F1 级砝码 F1 级	苏州国方校准测试技术有限公司	2022.07.13	√
生产部	电子天平	37722044/J-1915	BSM-220.3	$U=0.005g; k=2$	F1 级砝码 F1 级	苏州国方校准测试技术有限公司	2022.07.13	√
生产部	温湿度表	J-7605	GJWS-A2	温度: $U=0.3^{\circ}C; k=2$ 湿度: $U=2\%RH; k=2$	冷镜式露点仪 温度: $U=0.1^{\circ}C; k=2$ 露点: $U=0.2^{\circ}C; k=2$	苏州国方校准测试技术有限公司	2022.07.18	√
研发中心	挺度仪	94832-01	79-15	$\pm 0.50\%$ $U=0.4\%; k=2$	1.0 级合格	广东中准检测有限公司	2022.08.26	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由生产管理部负责溯源。公司测量设备全部委托“苏州国方校准测试技术有限公司(认可证书号: CNAS L7684”、“许昌市质量技术监督检验测试中心(计量检定机构授权证书号: (豫) 法计(2018) 410011 号)”、“广东中准检测有限公司(认可证书号: CNAS L0239)”进行检定校准”, 检定校准证书由生产管理部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。



审核日期: 审核日期: 2022 年 12 月 31 日上午—2022 年 12 月 31 日下午

审核员签字: 刘前胜

部门代表签字: 苏序军