



编号: 1286-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称 广东美泰科检测设备有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备 计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	万用表	080603 853	200	直流电压 $U_{rel}=0.2\%; k=2$ 直流电流 $U_{rel}=0.5\%; k=2$ 交流电压 $U_{rel}=0.2\%; k=2$ 交流电流 $U_{rel}=0.5\%; k=2$ 电阻 $U_{rel}=0.2\%; k=2$	多功能校准仪 DCV: $U_{rel}=0.0004\%; k=2$ ACV: $U_{rel}=0.01\%; k=2$ DCI: $U_{rel}=0.0013\%; k=2$ ACI: $U_{rel}=0.06\%; k=2$ OHM: $U_{rel}=0.009\%; k=2$	惠州台证仪器 检测服务有限公司 东莞分公司	2022.12.24	√
品质部	多路数据采集系统	408270 9	2700	温度: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ $U=0.4^{\circ}\text{C } k=2$	电子式温湿度计 温度: $U=0.03^{\circ}\text{C } k=2$	惠州台证仪器 检测服务有限公司 东莞分公司	2022.12.24	√
品质部	数显卡尺	MC502 566	(0-150) mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.01\text{mm } k=2$	量块 4等	惠州台证仪器 检测服务有限公司 东莞分公司	2022.12.24	√
生产部	钢卷尺	MTK-0 02	5m	$\pm 0.6\text{mm}$ $U=0.3\text{mm } k=2$	三等标准金属线 纹尺 三等	惠州台证仪器 检测服务有限公司 东莞分公司	2022.12.24	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托“惠州台证仪器检测服务有限公司东莞分公司”检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022年12月27日上午~12月27日下午

审核员签字: 张云扬

部门代表签字: 罗杰