



编号: 1286-2022

不符合项报告

企业名称:	广东美泰科检测设备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品质部		陪同人员: 罗杰峰	
不符合事实描述: 查出厂编号 08037347 的“数显卡尺”, 校准日期为 2021 年 10 月 13 日, 查。《测量设备停用记录表》, 该卡尺已于 2022 年 9 月 10 日因损坏报废。查《测量设备台账》上“管理状态”一栏未标注“停用”。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“6.3.1 测量设备”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>✓</u>; 审核员(签名) <u>魏源彬</u> 陪同人员(签名) <u>罗杰峰</u> 企业部门代表(签名) <u>罗杰峰</u> 日期: 2022 年 12 月 27 日			
纠正措施: 立即组织公司测量设备管理人员学习 GB/T19022-2003 标准, 并及时更新测量设备管理状态。查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>罗杰峰</u> 审核员签名: <u>魏源彬</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>魏源彬</u> 日期: 2022 年 12 月 27 日			

可另附页