



测量设备溯源抽查表

编号: 0007-2021-2022

企业名称	深圳市航天泰瑞捷电子有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术品质中心	三相电能表检验装置	7160801	ST9001D 5V4	0.02 级	三相标准功率电能表 0.01 级 交流耐电压 绝缘测试仪 MPE:±(5%+5d)	广东省计量科学研究院	2022 年 12 月 8 日	√
技术品质中心	三相标准电能表	Z0904021	HC3100	0.05 级	三相标准功率电能表 0.01 级 三相电能表 检定装置 0.01 级	广东省计量科学研究院	2022 年 10 月 20 日	√
技术品质中心	单相电能表检定装置	201310000 1	DCNY— 9101	0.1 级	三相标准功率电能表 0.02 级 兆欧表 10 级	广东省计量科学研究院	2022 年 9 月 21 日	√
技术品质中心	绝缘电阻表	16011762	ZC-7	绝缘电阻允许误差: ±10.0%	兆欧表检定装置: 电阻 Urel=0.06% ; 电压 Urel=0.2%; k=2	深圳华量校准检测有限公司	2022 年 8 月 30 日	√
制造中心	电子秤	SA2111032 68	ASC-C	Ⅲ级	砝码:F2 级	深圳华量校准检测有限公司	2022 年 8 月 30 日	√
技术品质中心	温湿度计	TRJ-WSD-0 03	HTC—1	相对湿度: U=2.0%, k=2 温度: U=0.4℃, k=2	冷镜式露点仪 U=0.20℃, k=2 温湿度检定箱: 温度均匀性 U=0.2℃, 波动度 U=0.05℃, 变化率 U=0.10℃/min 湿度均匀性 U=0.9%RH, 波动度 U=0.4%RH, 变化率 U=0.4%RH k=2	深圳华量校准检测有限公司	2022 年 8 月 30 日	√



审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，测量设备由技术品质中心负责溯源。公司测量设备委托广东省计量科学研究院、深圳华量校准检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由技术品质中心保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023 年 1 月 5 日

审核员签字: 秦弘力

部门代表签字: 何秋云

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。