

计量确认记录

所属单位:

编号: MM-F-7.1/01

设备名称	绝缘电阻表	使用地点	技术品质部		
出厂编号	16011762	制造厂家	上海第六电表厂有限公司	型号规格	ZC-7
内部编号		设备类别	☐ A类 ☒ B类 ☐ C类		
计量确认记录					
检定/校准结果	检定/校准单位	深圳华量校准检测有限公司			
	检定/校准依据	JJG 622-1997《绝缘电阻表(兆欧表)检定规范》			
	检定/校准环境	温度: 21.3℃, 相对湿度: 65%			
	检定/校准日期	2022年8月30日	检定/校准人	谭苏鹏	
	证书编号	HL202208300054	检定/校准周期(月)	12	
	检定/校准结果	测量范围	最小分度值	准确度等级/最大误差	
	0~2500MΩ	1MΩ	10.0级		
计量要求	测量范围	最小分度值	准确度等级/最大允许误差		
	(100~1000) MΩ	1MΩ	±10%		
	确认间隔	12	使用环境条件	无特殊要求	
计量验证	☒ 符合 ☐ 不符合要求 如不符合要求, 请描述不符合事实: 验证/日期: 袁星 2023.1.6 审核/日期: 任会超 2023.1.6				
不符合要求时采取的措施					
措施	☐ 调整 ☐ 维修		实施/日期		
再次检定/校准结果	测量范围	最小分度值	准确度等级/最大误差		
计量确认周期	从 年 月 日开始从 月调整为 月				
再次计量验证	☐ 符合 ☐ 不符合要求		验证/日期:	批准/日期:	
标识	☒ 合格 ☐ 限用 ☐ 停用				

说明: 当验证不合格时, 由专职或兼职计量员填写本记录, 部门负责人审核, 一式一份。

保存期限为2年(C类测量设备的计量确认记录必须永久保存)。