




## 测量设备溯源抽查表

编号: 0221-2020-2023

| 企业名称                                                                                                                                                                                          |           | 开封市宏达变速机械有限公司 |             |                                                |                                                                                             |            |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 部门                                                                                                                                                                                            | 测量设备名称    | 测量设备编号        | 型号规格        | 测量设备计量特性                                       | 测量标准装置名称及技术参数                                                                               | 检定/校准机构    | 检定/校准日期    | 符合打√<br>不符合打× |
| 质量部                                                                                                                                                                                           | 外径千分尺     | 1771564       | (0-25) mm   | $\pm 0.004\text{mm}$                           | 量块 20 块: 4 等<br>量块 8 块: 4 等                                                                 | 河南省计量科学研究院 | 2022.07.11 | √             |
| 质量部                                                                                                                                                                                           | 洛氏硬度计     | 0089          | HR-150 A    | $\pm 1.5\text{HRC}$<br>$U=0.92\text{HRC}, k=2$ | 洛氏硬度块:<br>$U=0.2\text{HRC}, k=2$                                                            | 河南省计量科学研究院 | 2022.10.19 | √             |
| 质量部                                                                                                                                                                                           | 液压万能材料试验机 | 1875          | WD600       | $\pm 2\%$<br>$U_{\text{rel}}=0.5\%, k=2$       | 测力传感器:<br>0.3 级                                                                             | 河南省计量科学研究院 | 2022.10.19 | √             |
| 质量部                                                                                                                                                                                           | 光谱仪       | 11608         | DF-400      | $U_{\text{rel}}=3.5\%, k=2$                    | 纯铁标准物质:<br>$U_{\text{rel}}=0.001\%, k=2$<br>合金钢 65Mn 标准物质:<br>$U_{\text{rel}}=0.004\%, k=2$ | 河南省计量科学研究院 | 2022.10.19 | √             |
| 质量部                                                                                                                                                                                           | 显微维氏硬度计   | VA476         | 401MVA      | $U_{\text{rel}}=1.5\%, k=2$                    | 维氏硬度块:<br>654HV3: $U_{\text{rel}}=1.6\%, k=2$                                               | 河南省计量科学研究院 | 2022.10.19 | √             |
| 质量部                                                                                                                                                                                           | 三坐标测量机    | 105001        | 500×300×400 | $U=(0.7+1L/1000)\mu\text{m}, k=2$              | 量块: 4 等                                                                                     | 河南省计量科学研究院 | 2022.10.19 | √             |
| 质量部                                                                                                                                                                                           | 量块        | 192836        | 12 块组       | 4 等量块                                          | 三等量块标准装置: 3 等                                                                               | 河南省计量科学研究院 | 2022.08.31 | √             |
| 质量部                                                                                                                                                                                           | 游标卡尺      | 18119196      | (0-150) mm  | $\pm 0.03\text{mm}$                            | 量块 8 块: 4 等<br>量块 12 块: 5 等                                                                 | 河南省计量科学研究院 | 2022.07.11 | √             |
| 生产部                                                                                                                                                                                           | 压力表       | 2007110       | (0-1.6) MPa | 1.6 级                                          | 智能压力校验仪:<br>0.05 级                                                                          | 河南省计量科学研究院 | 2022.10.13 | √             |
| 生产部                                                                                                                                                                                           | 杠杆表       | 9030070       | (0-0.8) mm  | 全量程:<br>0.0042mm                               | 光栅式指示表检定仪<br>$U=1.1\mu\text{m}, k=2$                                                        | 河南省计量科学研究院 | 2022.7.18  | √             |
| <p>审核综合意见:</p> <p>公司未建立最高计量标准, 测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托“河南省计量科学研究院(计量检定机构授权证书号: (国) 法计(2017) 01031 号) 进行检定校准”, 检定校准证书由质量部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。</p>                                     |           |               |             |                                                |                                                                                             |            |            |               |
| <p>审核日期: 2023 年 1 月 12 日上午—2023 年 1 月 12 日下午</p>                                                                                                                                              |           |               |             |                                                |                                                                                             |            |            |               |
| <p>审核员签字:  部门代表签字: </p> |           |               |             |                                                |                                                                                             |            |            |               |