



测量设备溯源抽查表

编号: 0057-2019-2023

企业名称	郑州爱因特电子科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品管部	邵氏硬度计	21058132	LX-A-1	$\pm 0.5\text{HA}$ $U=0.3\text{HA}, k=2$	邵氏硬度计专用量块 $U=0.4\mu\text{m}, k=2$	广东中准检测有限公司	2022.08.27	√
品管部	数字扭力测试仪	HIT-0520-018	HIT-2000	$\pm 3.0\%$ $U_{rel}=1.30\%$	力值砝码 M_1 等级 简易校验杠杆 $\pm 0.1\%$	广东中准检测有限公司	2022.08.29	√
技术部	带表卡尺	A0101926	(0-200)mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}, k=2$	量块: 5 等	广东中准检测有限公司	2022.08.29	√
技术部	外径千分尺	QFC-01	(0-25)mm	$\pm 4\mu\text{m}$ $U=2\mu\text{m}, k=2$	量块: 4 等	广东中准检测有限公司	2022.08.29	√
品管部	气密性检测仪	000001147	KY-230H	$\pm 0.0125\text{MPa}$ $U=0.3\%, k=2$	精密压力表 0.4 级	广东中准检测有限公司	2022.08.29	√
品管部	温度测试仪	QK191AD1505G0125	QK191AD1707G19103	$\pm 5^\circ\text{C}$ $U=1.4^\circ\text{C}, k=2$	过程校验仪 $U=0.3^\circ\text{C}, k=2$	广东中准检测有限公司	2022.08.29	√
制造部	声级计	02503012	AR814	$\pm 1.5\text{dB}$ $U=0.3\text{dB}, k=2$	多声级声校准器 $\pm 0.4\text{dB}$	广东中准检测有限公司	2022.08.27	√
制造部	电子计数秤	18042348	CHS-D(10kg)	$\pm 15\text{g}$ $U=3\text{g}, k=2$	砝码:F2 砝码:F1	广东中准检测有限公司	2022.08.29	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托“广东中准检测有限公司(认证证书号: CNAS L0239)”进行校准, 校准证书由品管部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023 年 1 月 13 日上午至 2023 年 1 月 13 日下午

审核员签字:

部门代表签字: