受理编号：1385-2022

# 计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | KZ65-35 井口密封试验 | 被测参数要求(含公差) | 压力（35～40）MPa |
|---|---|---|---|
| 被测参数要求识别依据文件 | GB/T22513-2013《石油天然气工业钻采和采油设备 井口装置和采油树》 | | |

计量要求导出方法：

1、测量参数公差范围： T =5MPa

2、.测量设备的最大允许误差$\triangle_{允} \leq T \times 1/3 = 1.67MPa = \pm 0.83MPa$

3、被测参数测量范围：压力（35～40）MPa，根据范围导出原则。应选用测量范围（0～60）MPa 的满足要求

| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | 型号规格 | 主要计量特性(最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 检定证书编号 | 检定日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 压力表 10118116 | （0～60）MPa | MPE=±0.96MPa | 22084391687 | 2022.08.24 |

计量验证记录：

测量设备的测量范围为（0～60）MPa；满足导出计量要求测量范围（0～60）MPa 的要求。

测量设备的最大允许误差为±0.96MPa；满足导出计量要求最大允许误差±0.83MPa 的要求。

验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项）

验证人员签字：　　验证日期： 2022 年 10 月 10 日

认证审核记录：

1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；
2. 计量要求导出方法正确；
3. 测量设备的配备满足计量要求；
4. 测量设备经校准；
5. 测量设备验证方法正确。

审核员意见：

企业代表签字：　　审核日期： 2023 年 01 月 13 日