



测量设备溯源抽查表

编号: 0228-2019-2023


企业名称	郑州永邦测控技术有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	数字万用表	1469020	8808A	DCV: $U=0.3V$; ACV: $U=0.27V$; DCI: $U=0.052A$; ACI: $U=0.0068A$; DCR: $U=0.07m\Omega$; ($k=2$)	数字多用表校准装置: DCV: $U_{rel}=0.008\%$; ACV: $U_{rel}=0.011\%$; DCI: $U=0.012\%$; ACI: $U_{rel}=0.017\%$; DCR: $U=0.007\%$; ($k=2$)	方圆检测认证有限公司	2022.09.14	√
质量部	绝缘电阻表	15060324	ZC11D-10	$U_{rel}=1.7\%$; $k=2$	绝缘电阻表对功能试验箱: 电阻: $U_{rel}=1.0\%$; 电压: $U=1V-10V$; ($k=2$)	方圆检测认证有限公司	2022.9.14	√
生产部	数字存储示波器	C010397	TBS1152	直流电压: $U_{rel}=0.5\%$; 频带宽度: $U_{rel}=5\%$; 上升时间: $U_{rel}=5\%$; 时间: $U_{rel}=0.2\%$;	多用表校准系统: DCV: $U_{rel}=0.008\%$; ACV: $U_{rel}=0.011\%$; DCI: $U_{rel}=0.012\%$; ACI: $U_{rel}=0.017\%$; DCR: $U=0.007\%$; ($k=2$)	方圆检测认证有限公司	2022.9.14	√
质量部	压力表	HA65540970580	(0-6)MPa	$U=0.5\%FS.k=2$	智能数字压力校验仪: $U=0.024\%.k=2$	方圆检测认证有限公司	2022.9.14	√
质量部	数字电桥	Q6-610-03423	TH2816B	电阻: $U_{rel}=2.8\times 10^{-4}$ 电感: $U_{rel}=2.4\times 10^{-4}$ 电容: $U_{rel}=2\times 10^{-4}$ ($k=2$)	电感箱: $U_{rel}=0.29\%$ 电容箱: $U_{rel}=0.60\%$ 交直流电阻箱: 直流电阻: $U_{rel}=0.2\%$ 交流电阻: $U_{rel}=0.3\%$	方圆检测认证有限公司	2022.9.14	√
质量部	温湿度表	02240130	WS-A1	$U=0.2^{\circ}C$ $U=2\%RH$ ($k=2$)	温湿度检定箱: $U=0.8\%RH,k=2$ $U=0.12^{\circ}C,k=2$	方圆检测认证有限公司	2022.9.14	√
质量部	液压仪自动精确校	Zdjd01	4m	$U=20\mu m$ $k=2$	激光干涉仪: MPE: (± 0.03)	河南省计量科学研	2022.9.07	√



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-06 测量设备溯源抽查表 (07 版)

	准台				$+0.5 \times 10^{-6} \text{L}) \mu\text{m}$	究院		
审核综合意见: 公司未建立最高计量标准, 测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托“方圆检测认证有限公司 (CNAS 认证号:CNAS L7928)、“河南省计量科学研究所 (计量检定机构授权证书号: (国) 法计 (2022) 01031)” 进行检定/校准, 检定/校准证书由质量部保存。根据抽查情况, 该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2023 年 1 月 15 日上午至 2023 年 1 月 16 日上午								
审核员签字:  部门代表签字: 