



编号: 0228-2019-2023

不符合项报告

企业名称:	郑州永邦测控技术有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量部		陪同人员: 卢江超	
不符合事实描述: 查《测量设备停用申请表》1份, 申请停用的是技术部的出厂编号 PR16114658 的“群脉冲发生器”, 申请批准日期为 2022 年 11 月 12 日。查《检验设备台账》上“管理状态”一栏已标注“停用”。查该设备未粘贴停用标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “6.2.4 标识”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>李永波</u> 陪同人员(签名) <u>卢江超</u> 企业部门代表(签名) <u>邵书国</u> 日期: 2023 年 1 月 16 日			
纠正措施: 立即按照实际情况粘贴停用标识, 并举一反三进行确认并进行整改。 企业部门代表签名: <u>邵书国</u> 审核员签名: <u>李永波</u>			
纠正措施完成情况: 经判定符合要求。 审核组代表签名: <u>李永波</u> 日期: <u>2023.1.16.</u>			

可另附页