



测量设备溯源抽查表

编号: 0004-2021-2023

企业名称	苏州德品医疗科技股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品质部	膜厚仪	N961193	CM-8820	$\pm 5.6\mu\text{m}$ $U_{\text{rel}}=1.8\%, k=2$	膜厚片: $U=0.3\mu\text{m}, k=2$	深圳市华测计量技术有限公司	2022.05.25	√
生产部	钢卷尺	DP0001	3m	$\pm 1.0\text{mm}$ $U=(0.2+5\times 10^{-5}L)\text{mm}, k=2$	标准钢卷尺: $\pm(0.03+0.03L)\mu\text{m}$	深圳市华测计量技术有限公司	2022.05.26	√
品质部	数显千分尺	F10281	(0-25)mm	$\pm 2\mu\text{m}$ $U=1.0\mu\text{m}, k=2$	量块: 4 等	深圳市华测计量技术有限公司	2022.05.24	√
品质部	塞尺	DP0023	(0.02-1.00) mm	$U=2\mu\text{m}, k=2$	卧式测长仪: $U=(0.25-0.65)\mu\text{m}, k=2\mu\text{m}$	深圳市华测计量技术有限公司	2022.05.24	√
品质部	电子秤	9065336	JSA30-1	$\pm 10\text{g}$ $U=3\text{g}, k=2$	砝码: M1 等级	深圳市华测计量技术有限公司	2022.05.26	√
品质部	游标卡尺	HS0704394	(0-300) mm	$\pm 0.04\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}, k=2$	量块: 4 等	深圳市华测计量技术有限公司	2022.05.26	√
生产部	压力表	20210429771	(0-1.6) MPa	1.6 级	精密压力表 0.4 级	苏州市计量测试院	2022.05.20	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托“深圳市华测计量技术有限公司、苏州市计量测试院”进行校准”, 检定校准证书由品质部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023 年 2 月 8 日上午至 2022 年 2 月 8 日下午

审核员签字:

部门代表签字: